

SPÄTNÁ VÄZBA DRG_139

P.Č. OTÁZKY	139
NÁZOV	SPÄTNÁ VÄZBA DRG_139
NÁZOV DOKUMENTU	spatna_vazba_139
OBLASŤ	Medicínska
PODOBLASŤ	Definičná príručka
OTÁZKA	Riadne zaradenie ZV 5k77h.1 do príslušnej DRG skupiny
ODPOVEĎ	Zaradiť ZV 5k77h.1 do zaraďovacieho algoritmu pre DRG F01C
DÁTUM OTÁZKY	16.03.2021
DÁTUM ODPOVEDE	

ZOSUMARIZOVANÁ OTÁZKA

PODNET

Kód problémovej DRG: F12H, F12F, F01C

Zaťažovací algoritmus: Zdravotný výkon

Zmena sa týka: Textovo popísať problém a návrh

Navrhovaná zmena: Implantácie kardiostimulátorov a defibrilátorov. Napr. pri **implantácii podkožného defibrilátora 5k77h.1**, alebo bezelektrodového kardiostimulátora 5k77h.0 ide o nesprávne zaradenie výkonu do skupiny, ktorá nepokrýva ani náklady na samotný KS alebo KD.

Výkon **5k77h.1** - Implantácia podkožného defibrilátora. Výkony je uvedený v ZZV, ale HP je nesprávne zaradený do skupiny F12H Implantácia kardiostimulátora s RV 2,09. Toto zaradenie nepokrýva náklady na samotný ŠZM. Ide predovšetkým o implantácie defibrilátora tohto typu v detskom veku.

Ide o nesprávne zaradenie, ktoré vzniklo zrejme v dôsledku toho, že v roku 2011 v nemeckom OPS ešte neexistoval tento výkon a teda neexistuje pre neho ani v našom prebratom modeli „vzorový“ algoritmus pre zaradenie, ani výsledná DRG skupina. V nemeckom DRG gruperi 2021 je tento výkon už zaradený do skupiny **F01C**, ktorá je aj pre tieto účely premenovaná rozšírením názvu.

STANOVISKO CKS DRG

CKS DRG: súhlasím / ~~nesúhlasím~~

Odôvodnenie:

Navrhujeme výkon **5k77h.1 Implantácia alebo výmena defibrilátora s podkožnou elektródou bez vnútrošrdcovej elektródy** začleniť do zaťažovacieho algoritmu pre DRG F01C (konkrétne pridaním ZV 5k77h.1 do tabuľky výkonov F01-1 a F01-3), ADRG skupina F01 je v SK-DRG-2021 jediná, ktorá zahŕňa implantáciu defibrilátorov.

STANOVISKO KONTAKTOVANÉHO ODBORNÍKA

Priestor na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s prípadným odôvodnením.

Hlavný odborník pre kardiochirurgiu:

súhlasím / nesúhlasím

Odôvodnenie: Nezaujaté stanovisko.

STANOVISKO KONTAKTOVANÉHO ODBORNÍKA

Priestor na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s prípadným odôvodnením.

Hlavný odborník pre kardiológiu:

súhlasím / nesúhlasím

Odôvodnenie: Nezaujaté stanovisko.

STANOVISKO SLOVENSKEJ ODBORNEJ SPOLOČNOSTI

Prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti:

súhlasím

Odôvodnenie:

HLASOVANIE

Centrum pre klasifikačný systém DRG

súhlasím /~~nesúhlasím~~

súhlasím /~~nesúhlasím~~

súhlasím /~~nesúhlasím~~

Asociácia nemocníc Slovenska

súhlasím /~~nesúhlasím~~

Odôvodnenie:

Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

súhlasím /~~nesúhlasím~~

Odôvodnenie:

Ku všetkým podnetom v rámci 3.kola pripomienkovania DP nemáme zásadné pripomienky za AŠN a súhlasíme s návrhmi Centra pre klasifikačný systém tak, ako sú spracované v predložených dokumentoch.

Náš súhlas je však možné považovať len za čiastočný, pretože nemáme k dispozícii výsledky testovania a vplyvu na celkovú štruktúru DP.

Asociácia laboratórií

súhlasím /~~nesúhlasím~~

Odôvodnenie:

Dôvera

súhlasím (Zhoda s CKS)

Odôvodnenie:

VŠZP

súhlasím /~~nesúhlasím~~

Odôvodnenie:

Union

súhlasím /~~nesúhlasím~~

ZOSUMARIZOVANÁ ODPOVEĎ

V SK-DRG-2021 zatiaľ evidujeme tento výkon vykonaný 8x (5x za rok 2019, 3x za rok 2020). V SK-DRG zatiaľ spoľahlivá analýza nákladov nie je možná, pretože dáta pre HP s ZV 5k77h.1 nie sú v súčasnosti štatisticky jednoznačné (kombinácia nízkej početnosti a vysokej variability dát) ako zobrazuje Tabuľka 2 a 3.

Nakoľko ADRG skupina F01 je v SK-DRG-2021 jediná, ktorá zahŕňa implantáciu defibrilátorov, je zaradenie do nej klinicky adekvátne. Preto navrhujeme zaradiť ZV 5k77h.1 do algoritmu pre DRG F01C na základe príkladu G-DRG a prehodnotiť toto zaradenie, keď bude dostatok dát na analýzu nákladov HP s ZV 5k77h.1.

Zároveň CKS, na základe pripomienok k tomuto podnetu, navrhuje zmeniť názov ZV

- 5k77h.1 **Implantácia alebo výmena** defibrilátora s podkožnou elektródou bez vnútrošrdcovej elektródy,

na zdravotný výkon s názvom:

- 5k77h.1 **Implantácia** defibrilátora s podkožnou elektródou (bez vnútrošrdcovej elektródy)

z dôvodu významových duplícít v názve s výkonom:

- 5k785.a **Výmena** prístroja bez zmeny elektródy, defibrilátor s podkožnou elektródou.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ODPOVEDI

Podnet k bezelektrodového kardiostimulátora 5k77h.0 bol riešený v podnete spätnej väzby s p.č. 18.

Momentálne HP s vykonaným ZV 5k77h.1 zaraďuje do DRG skupiny **F12H**, ktorá patrí pod **ADRG F12 Implantácia kardiostimulátora**. Znenie ZV **5k77h.1 Implantácia alebo výmena defibrilátora s podkožnou elektródou bez vnútrošrdcovej elektródy**. Z názvu tejto skupiny vidíme, že toto zaradenie nie je dostatočne klinicky podobné, obzvlášť pri existencii ďalšej DRG skupiny v SK-DRG-20219, ktorá zahŕňa implantáciu defibrilátora, konkrétne **ADRG F01 Prvotná implantácia kardiovertera / defibrilátora [AICD] alebo implantácia systému modulujúceho myokard**.

V G-DRG vykonanie ZV **5-377.j Defibrillator mit subkutaner Elektrode** (ekvivalent nášho 5k77h.1) zaraďuje do DRG F01C, F01D (s podmienkou vek < 18 r.) a F01A (pri KIZS > 393 / 369 bodov). Predpokladáme, že v G-DRG je tento ZV zaradený do ADRG F01 po analýze jeho nákladov, keďže už v roku 2015 tam zaznamenali vykonanie tohto ZV viac ako 550-krát. ([5-377.j OPS Code + Kodierhilfen Fallpauschalen Historie ZE \(reimbursement.info\)](#))

Tabuľka 1 zobrazuje analýzu nákladov DRG skupín F01A – G.

V SK-DRG-2021 zatiaľ evidujeme tento výkon vykonaný 8x (5x za rok 2019, 3x za rok 2020). U nás zatiaľ spoľahlivá analýza nákladov nie je možná, pretože dáta pre HP s ZV 5k77h.1 nie sú v súčasnosti štatisticky jednoznačné (kombinácia nízkej početnosti a vysokej variability dát) ako zobrazuje Tabuľka 2 a 3.

Nakoľko ADRG skupina F01 je v SK-DRG-2021 jediná, ktorá zahŕňa implantáciu defibrilátorov, je zaradenie do nej **klinicky adekvátne**.

Pre nedostatočnú nákladovú analýzu, CKS nevie zaujať stanovisko k zaradeniu do konkrétnej DRG skupiny spomedzi siedmich DRG skupín F01A – G, z hľadiska **nákladovej podobnosti**. Preto je náš návrh

nasledovný: Zaraďiť ZV 5k77h.1 do algoritmu pre DRG F01C na základe príkladu G-DRG a prehodnotiť toto zaradenie, keď bude dostatok dát na analýzu nákladov HP s ZV 5k77h.1.

Toto zaradenie navrhujeme aj kvôli cene ŠZM pre podkožný defibrilátor vrátane podkožnej elektródy, ktorú uvádza Tabuľka 4.

Pri tomto zaradení nie je potrebné meniť zaraďovací algoritmus pre jednotlivé DRG skupiny F01A – G. Zdravotný výkon **5k77h.1 Implantácia defibrilátora s podkožnou elektródou bez vnútrošrdcovej elektródy** treba pridať do tabuľky Výkon F01-1 a Výkon F01-3, ktoré vystupujú v zaraďovacom algoritme pre F01C a odstrániť tento výkon z tabuľky F12-1, ktorá vystupuje v zaraďovacom algoritme pre ADRG F12. Zmeny sú navrhnuté v časti „Zmeny v Definičnej príručke“.

Tabuľka 1: Analýza nákladov, počtu HP a nákladovej homogenity ADRG skupiny F01 s uvedenou relatívnou váhou (RV).

	DRG	POČET HP	PRIEMER NÁKLADOV	ŠTANDARDNÁ ODCHÝLKA NÁKLADOV	KOEFICIENT HOMOGENITY	RV
2019	F01A	16	23 490,59 €	5 894,45 €	80%	13,2518
	F01B	14	22 265,07 €	9 248,39 €	71%	10,5997
	F01C	228	18 202,02 €	4 850,02 €	79%	10,4987
	F01D	35	24 893,70 €	20 315,71 €	55%	9,2355
	F01E	20	16 652,29 €	8 903,07 €	65%	8,1937
	F01F	70	16 181,12 €	3 749,54 €	81%	8,374
	F01G	370	14 755,47 €	2 962,93 €	83%	6,5411
2020	F01A	12	25 863,88 €	3 122,94 €	89%	13,2518
	F01B	9	23 957,05 €	4 996,81 €	83%	10,5997
	F01C	123	19 062,70 €	5 185,71 €	79%	10,4987
	F01D	38	18 060,70 €	6 768,66 €	73%	9,2355
	F01E	25	15 539,90 €	6 876,01 €	69%	8,1937
	F01F	51	16 277,65 €	3 619,65 €	82%	8,374
	F01G	251	15 375,60 €	4 969,67 €	76%	6,5411

Tabuľka 2: Základné informácie o HP s vykonaným ZV 5k77h.1

POČET HP S 5K77H.1	8
PRIEMER NÁKLADOV	21 877,81 €
ŠTANDARDNÁ ODCHÝLKA NÁKLADOV	20 428,61 €

Tabuľka 3: Informácie o veku, dĺžke ošetrovacej doby a nákladovosti HP s vykonaným ZV 5k77h.1

2019						
PÚZS	HP	DRG	ERV	VEK ROKY	DOD	NÁKLADY
000001	001	F12H	2,10	18	5	5 421,46 €
000001	002	901D	1,82	60	3	22 502,31 €
000001	003	F12H	2,19	14	21	22 806,24 €
000001	004	F07A	9,81	70	31	20 988,91 €
000002	005	F12H	1,68	67	2	24 129,76 €
2020						
PÚZS	HP	DRG	ERV	VEK ROKY	DOD	NÁKLADY
000002	006	F03E	18,9929	53	65	67 882,19 €

000001	007	F12H	2,0984	18	4	5 564,33 €
000001	008	F12H	2,0984	18	20	5 727,29 €

Tabuľka 4: Výber zo zoznamu ŠZM

XB3.4 Defibrilátor podkožný vrátane podkožnej elektródy		
X03954	Subkutánná elektróda EMBLEM S-ICD	3 993,00 €
X03955	Defibrilátor podkožný implantabilný EMBLEM S-ICD s príslušenstvom	19 299,50 €

Zmeny v Definičnej príručke

- ADRG F01** **Prvotná implantácia kardiovertera / defibrilátora [AICD] alebo implantácia systému modulujúceho myokard**
Min. 1 výk. v tabuľke F01-1 alebo výk. v tabuľke F01-2
- DRG F01A** **Prvotná implantácia kardiovertera / defibrilátora [AICD], trojdutinová stimulácia, s ďalším výkonom na srdci alebo cievach alebo implantácia systému modulujúceho myokard**
Výk. v tabuľke F01-3 a min. 1 výk. v tabuľke F01-4 alebo výk. v tabuľke F01-2
Hodnota RV: 13,2518
- DRG F01B** **Prvotná implantácia kardiovertera / defibrilátora [AICD], dvojduťinová stimulácia, s ďalším výkonom na srdci alebo cievach**
Výk. v tabuľke F01-5 a min. 1 výk. v tabuľke F01-6
Hodnota RV: 10,5997
- DRG F01C** **Prvotná implantácia kardiovertera / defibrilátora [AICD], dvojduťinová stimulácia, bez ďalšieho výkonu na srdci alebo cievach**
Výk. v tabuľke F01-3
Hodnota RV: 10,4987
- DRG F01D** **Prvotná implantácia kardiovertera / defibrilátora [AICD], jednodutinová stimulácia, s ďalším výkonom na srdci alebo cievach**
Min. 1 výk. v tabuľke F01-4
Hodnota RV: 9,2355
- DRG F01E** **Prvotná implantácia kardiovertera / defibrilátora [AICD], jednodutinová stimulácia, bez ďalšieho výkonu na srdci alebo cievach, s veľmi ťažkými CC**
PCCL > 3
Hodnota RV: 8,1937
- DRG F01F** **Prvotná implantácia kardiovertera / defibrilátora [AICD], dvojduťinová stimulácia, bez ďalšieho výkonu na srdci alebo cievach**
Výk. v tabuľke F01-5
Hodnota RV: 8,374
- DRG F01G** **Prvotná implantácia kardiovertera / defibrilátora [AICD], jednodutinová stimulácia, bez ďalšieho výkonu na srdci alebo cievach, bez veľmi ťažkých CC**

Hodnota RV: 6,5411

Hlavné zmeny, ktoré je potrebné vykonať v tabuľkách výkonov v Definičnej príručke sú **zaznačené modrým boldom**.

Výkon F01-1

- 5k775.0 Impl.defibr.s 1-dut.stimulaciou bez AV-sekvenč.stimul.
- 5k776 Impl.defibrilatora s 2- dutin.stimulaciou
- 5k777 Impl.defibr.s biventrik.resynchron.stimulaciou
- 5k789.7 Rozšírenie systému,kardioestim.na defibri.s 1-dutin.stim.
- 5k789.a Rozšírenie syst.,kardioestim.na defibri. s 2-dutin.stimul.
- 5k789.b Rozšírenie sy.,kardioestim.na defibri.s biventrik.stim.
- 5k789.c Rozš.syst., defibri.na defibri.s 2-dutin.stimul.
- 5k789.d Rozš.syst., defibri.na defibri. s bivertik.stimul.
- **5k77h.1 Implantácia alebo výmena defibrilátora s podkožnou elektródou bez vnútrošrdcovej elektródy**

Výkon F01-3

- 5k777 Impl.defibr.s biventrik.resynchron.stimulaciou
- 5k789.b Rozšírenie sy.,kardioestim.na defibri.s biventrik.stim.
- 5k789.d Rozš.syst., defibri.na defibri. s bivertik.stimul.
- **5k77h.1 Implantácia alebo výmena defibrilátora s podkožnou elektródou bez vnútrošrdcovej elektródy**

ADRG F12

Implantácia kardiostimulátora

Min. 1 výk. v tabuľke F12-1 alebo min. 1 výk. v tabuľke F12-2 a min. 1 výk. v tabuľke F12-3

DRG F12A

Implantácia kardiostimulátora, trojdutinový systém s veľmi ťažkými CC alebo a ablatívnymi opatreniami alebo PTCA

(Výk. v tabuľke F12-4 alebo výk. v tabuľke F12-5 a výk. v tabuľke F12-6) a (výk. v tabuľke F12-7 alebo výk. v tabuľke F12-8 alebo PCCL > 3)

Hodnota RV: 7,0305

DRG F12B

Implantácia kardiostimulátora, dvoj dutinový systém, s komplexným výkonom

(Výk. v tabuľke F12-9 alebo výk. v tabuľke F12-10 a výk. v tabuľke F12-11) a (výk. v tabuľke F12-7 alebo výk. v tabuľke F12-8)

Hodnota RV: 4,4642

DRG F12C

Implantácia kardiostimulátora, trojdutinový systém bez veľmi ťažkých CC, bez ablatívnych opatrení, bez PTCA

Výk. v tabuľke F12-4 alebo výk. v tabuľke F12-5 a výk. v tabuľke F12-6

Hodnota RV: 5,2331

DRG F12D

Implantácia kardiostimulátora, dvoj dutinový systém, bez komplexného výkonu, vek < 16 rokov

(Výk. v tabuľke F12-9 alebo výk. v tabuľke F12-10 a výk. v tabuľke F12-11) a Vek < 16 r.

Hodnota RV: 4,6569

DRG F12E	Implantácia kardiostimulátora, dvoj dutinový systém, bez komplexného výkonu, vek > 15 rokov, s veľmi ťažkými CC alebo izolovaná otvorená chirurgická implantácia sondy (Výk. v tabuľke F12-9 alebo výk. v tabuľke F12-10 a výk. v tabuľke F12-11) a (PCCL > 3 alebo výk. v tabuľke F12-12) Hodnota RV: 3,5927
DRG F12F	Implantácia kardiostimulátora, jednodutinový systém, s invazívnou kardiologickou diagnostikou pri určitých výkonoch Min. 1 výk. v tabuľke F12-13 a výk. v tabuľke F12-14 Hodnota RV: 3,1384
DRG F12G	Implantácia kardiostimulátora, dvoj dutinový systém, bez komplexného výkonu, vek > 15 rokov, bez veľmi ťažkých CC Výk. v tabuľke F12-9 alebo výk. v tabuľke F12-10 a výk. v tabuľke F12-11 Hodnota RV: 2,3326
DRG F12H	Implantácia kardiostimulátora, jednodutinový systém, bez invazívnej kardiologickej diagnostiky pri určitých výkonoch Hodnota RV: 2,0984

Výkon F12-1

- 5k770 Implantácia bližšie neurčeného kardiostimulátora
- 5k771 Implantácia kardiostimulátora, jednodutinový
- 5k772 Impl.kardiostimul., 2-dutin.sy. s 1 kardiostimul.sondou
- 5k773.0 Impl.kardiostim., 2-dut.sys. s 2 kardiost.elektrod.
- 5k774 Impl.kardiostim., biventrikular.resynchron.system
- 5k77c.0 Otv.chir.izol.impl.epikardialnej sondy, ľavoventrikular.
- 5k77c.1 Otv.chir.izol.impl.epikardialnej sondy, pravoventrikular.
- 5k77h.0 Implantácia bezelektrodového kardiostimulátora
- ~~5k77h.1 Implant./vym.defibril.s.podkož.elekt.r bez vnútrošrde.elekt.~~
- 5k77h.2 Podkož.impl.slučkov.EKG rekordera[ILR]
- 5k77x Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora:ostatne
- 5k786.1 Vym.pristroja a elektody:kardist.s 1 -dut.s.
- 5k786.2 Vym.pristroja a elektody:kardist.2-dut.s.
- 5k786.3 Vym.pristroja a elektody:kardist.biventr.resynchr.stim.
- 5k786.x Vymena pristroja a elektody:ostatne
- 5k789.0 Rozšírenie systému, 1-dut. system na 2-dutin.
- 5k789.1 Rozšírenie systému, 1-dutin.system na biventrikular.
- 5k789.2 Zuženie systému, 2-dutin.system na 1-dutin.
- 5k789.3 Rozšírenie systému, 2-dutin.system na biventrikulárny
- 5k789.4 Zuženie systému, biventrikular.system na 1-dut.
- 5k789.5 Zuženie systému, biventrikular.system na 2-dutin.
- 5k789.6 Rozšírenie systému, zmeny v resynchroniz.syst.
- 5k789.e Zuženie systému, 2-dutinový ICD system na jednodutinový ICD
- 5k789.f Zuženie systému, biventrikular.ICD syst.na 1-dutinový ICD
- 5k789.g Zuženie systému, biventrikular.ICD syst.na 2-dutinový ICD

- 5k789.x Rozš.syst.kardiostim./defibrilatora, ostatne

ZV 5k77h.1 je potrebné pridať do ďalších tabuliek v algoritmoch DP, podľa vzoru podobného ZV **5k777** *Implantácia defibrilátora s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou*, ktorý vstupuje do globálnych funkcií algoritmov nasledovných DRG skupín:

- BOP, KOP, KOPV, KVT, UOP4
- 05 F01A, F01B, F01C, F01D, F01F, F36A, F36B
- 06 G33Z
- 07 H33Z, H38Z
- 11 L09A, L33Z, L38Z
- 21B X33Z
- 23 Z01A
- Pre A06A, A07A, A09A, A11A, A13A

Podľa tohto vzoru treba ZV 5k77h.1 namapovať ešte do MDC 05, 06, 07, 11, 21, 23 a Pred-MDC a to do nasledujúcich tabuliek zdravotných výkonov:

- Výkon A06-3,
- Výkon A07-3,
- Výkon A62-2,
- Výkon pre MDC 05 (MDC05-1),
- Výkon pre MDC 05 (MDC05-2),
- Výkon F01-1,
- Výkon F01-3,
- Výkon F36-1,
- Výkon G33-3,
- Výkon H33-5,
- Výkon L33-1,
- Výkon X33-1,
- Výkon Z01-1,
- Výkon KOP-1 (Komplexné OP-výkony),
- Výkon KOPV-1 (Komplexné OP-výkony vo viacerých dňoch),

Zároveň treba ZV 5k77h.1 odstrániť z nasledovných tabuliek výkonov:

- Výkon B12-1,
- Výkon F12-1,

Taktiež pre ZV **5k785.a** *Výmena prístroja bez zmeny elektródy, defibrilátor s podkožnou elektródou* je potrebné pridať do ďalších tabuliek v algoritmoch DP, podľa vzoru podobného ZV **5k785.6** *Výmena prístroja bez zmeny elektródy, defibrilátor s biventrikulárnou stimuláciou*, ktorý vstupuje do algoritmov nasledovných DRG skupín:

- BOP, KOP, KOPV, KVT, UOP4
- 05 F02A, F36A, F36B
- 06 G33Z
- 07 H33Z, H38Z
- 11 L09A, L33Z, L38Z
- 21B X33Z
- 23 Z01A

- Pre A06A, A07A, A09A, A11A,

Podľa tohto vzoru treba ZV 5k785.a namapovať ešte do MDC 05, 06, 07, 11, 21, 23 a Pred-MDC a to do nasledujúcich tabuliek zdravotných výkonov:

- Výkon A07-3,
- Výkon pre MDC 05 (MDC05-1),
- Výkon pre MDC 05 (MDC05-2),
- Výkon F02-1,
- Výkon F02-2,
- Výkon F36-1,
- Výkon G33-3,
- Výkon H33-5,
- Výkon L33-1,
- Výkon X33-1,
- Výkon Z01-1,
- Výkon KOP-1 (Komplexné OP-výkony),
- Výkon KOPV-1 (Komplexné výkony vo viacerých dňoch),

Zároveň treba ZV 5k785.a odstrániť z nasledovných tabuliek výkonov:

- Výkon F12-2,
- Výkon F12-5,
- Výkon F17-1,
- Výkon F17-2,
- Výkon W04-1,
- Výkon X06-1,

ZOZNAM SKRATIEK

ADRG – ZÁKLADNÁ DRG SKUPINA

CKS DRG MZ SR – CENTRUM PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM DRG MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DP – DEFINIČNÁ PRÍRUČKA (MANUÁL ALGORITMOV POPISUJÚCI ZARADENIE HOSPITALIZAČNÝCH PRÍPADOV (HP) DO DRG SKUPÍN)

DRG – DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ SKUPINY (DIAGNOSIS-RELATED GROUP)

HDG – HLAVNÁ DIAGNÓZA

HP – HOSPITALIZAČNÝ PRÍPAD

KOEFICIENT HOMOGENITY – VYJADRUJE HOMOGENITU NÁKLADOV VŠETKÝCH HOSPITALIZAČNÝCH PRÍPADOV ZARADENÝCH DO DANEJ DRG SKUPINY (JEHO HRANIČNÁ HODNOTA JE 50 %)

PCCL – STUPEŇ KLINICKEJ ZÁVAŽNOSTI PRÍPADU (PATIENT CLINICAL COMPLEXITY LEVEL)

PS KPP – PRACOVNÁ SKUPINA KU KATALÓGU PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV

RV – RELATÍVNE VÁHY (RELATÍVNE VYJADRENIE NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY)

ZV – ZDRAVOTNÝ VÝKON